POWIAT
KIELECKI

Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30
tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999
szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl
NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437
PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Znak sprawy: SAG ZP-14/2021 Kielce, dn. 11.10.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDŹ
NA WNIOSKI WYKONAWCÓW
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, działając na podstawie art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Dot. pkt. 36 ZAŁĄCZNIKA NR 1A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

W punkcie tym Zamawiający wymaga:

36.	Cewka dedykowana do badania całego **kręgosłupa** (odcinki C+Th+L) w zakresie min 100 cm bez repozycjonowania pacjenta i przemieszczania cewki, posiadająca **min. 32 elementy obrazujące** i pozwalająca na akwizycje równoległe	Tak, podać nazwę, liczbę elementów		Bez punktacji

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie **zestawu cewek** przeznaczonych do badań całego kręgosłupa (odcinki C+Th+L) w zakresie min, 100 cm bez repozycjonowania pacjenta i przemieszczania cewek, posiadającego min.32 elementy obrazujące i pozwalającego na akwizycje równoległe?

Odpowiedź: Zamawiający podpuszcza również zaoferowanie zestawu cewek

Dot. pkt. 48 ZAŁĄCZNIKA NR 1A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

W punkcie tym Zamawiający wymaga:

48.	Dokładność pozycjonowania stołu	≤ 0.5 mm podać wartość		Wartość graniczna - 0 pkt, Wartość najmniejsza - 2 pkt pozostałe proporcjonalnie

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w opisanym parametrze wymaga zachowania dokładności pozycjonowania w jednym kierunku (ruchu poziomym).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zachowania dokładności pozycjonowania stołu wyłącznie w jednym kierunku ruchu (poziomym).

POWIAT
KIELECKI

Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30
tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999
szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl
NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437
PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Pytanie 2
Dot. pkt. 49 ZAŁĄCZNIKA NR 1A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
W punkcie tym Zamawiający wymaga:

49.	Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta	≥ 200 cm podać wartość		Wartość graniczna - 0 pkt Wartość największa - 2pkt, pozostałe proporcjonalnie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu o zakresie badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta wynoszącym 145cm?

Pragniemy zauważyć, że zakres 145 cm w zupełności wystarczy do wykonywania wszystkich wymaganych w SIWZ badań, również całego ciała, opisanych przez Zamawiającego w pkt. 44:

44.	Cewka matrycowa (typu array) lub zestaw cewek do badań **całego ciała** o pełnym pokryciu **min. 145 cm**	Tak, podać nazwę, liczbę elementów i liczbę kanałów		Bez punktacji

Odpowiedź: Zamawiający podpuszcza również

Pytanie 3
Dot. pkt. 74 ZAŁĄCZNIKA NR 1A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
W punkcie tym Zamawiający wymaga:

74.	Technika redukcji szumu na obrazach MR, umożliwiająca jednoczesną akwizycję wysokiej rozdzielczości z wysokim SNR w krótkim czasie, wykorzystująca algorytmy Deep Learning, działająca ze wszystkimi dostępnymi w zaoferowanym aparacie technikami przyspieszania akwizycji na wszystkich zaoferowanych cewkach. **Zamawiający dopuszcza wyłącznie certyfikowane/dopuszczone klinicznie rozwiązanie producenta systemu MR zintegrowane ze skanerem - nie dopuszcza rozwiązania firm trzecich.**	Tak / Nie Jeżeli tak, opisać		Nie – 0 pkt. Akwizycje 2D – 2 pkt. Akwizycje 3D – 2 pkt. Sekwencje typu inversion recovery (FLAIR, STIR itp.) – 2 pkt. Szybkie sekwencje gradientowe 2D – 2 pkt. Szybkie sekwencje gradientowe 3D – 2 pkt. Badania naczyniowe z kontrastem – 2 pkt. Sekwencje wykorzystujące compressed sensing – 2 pkt. Sekwencje TOF – 2 pkt. Badania dyfuzyjne – 2 pkt. Badania piersi – 2 pkt.

Czy Zamawiający potwierdza, że opisane rozwiązanie ma redukować szum w procesie rekonstrukcji obrazu lub (ewentualnie) po jego rekonstrukcji?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

POWIAT
KIELECKI

Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30
tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999
szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl
NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437
PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Pytanie 4
Dot. pkt. 116 ZAŁĄCZNIKA NR 1A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
W punkcie tym Zamawiający wymaga:

116.	Integracja z systemem informatycznym Zamawiającego PACS/RIS	Tak		Bez punktacji

Czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami dla systemu RIS/PACS wymaganymi do integracji? Jeżeli nie, to czy Zamawiający potwierdza, że koszty zakupu licencji leżą po stronie Zamawiającego? Prosimy o informację, kto jest dostawcą obecnego systemu RIS/PACS.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami dla systemu RIS/PACS w tym przewidzianymi dla aparatu MRI. Dostawcą i Wykonawcą systemu RIS/PACS jest firma MEDIX Sławomir Szwed Spółka komandytowa ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa

DYREKTOR
dr inż. Rafał Szpak