



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Znak sprawy: SAG ZP-16/2022

Kielce, dn. 19.10.2022r.

**Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SWZ**

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW II

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę
opatrunków i obłożeń operacyjnych**

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dokonuje wyjaśnień treści SWZ:

ZADANIE NR 1

1. Poz. nr 5- 7- zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej odpowiedzi na pytania z dnia 18.10.2022 i Zamawiający oczekuje zaoferowania wyceny za 1 szt.= 1 opakowanie zawierające 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 18.10.2022r.

ZAPISY UMOWY

2. § 12, ust. 2- 4- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §12 ust. 2 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
- §12 ust. 3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy
- §12 ust. 4 do kwoty 0,2 % wartości niedostarczonej części dostawy.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy, zgodnie z SWZ

Proszę o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku o dopuszczenie innych, niż wymagane przez szpital fartuchy w pakiecie nr 7.

Fartuchy żółte wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 14 g/m kw. zostały wycofane z naszej oferty w roku 2020 (trudności w pozyskaniu surowca w okresie pandemii C-19).



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Prosimy bardzo o korektę odpowiedzi i zgodę Zamawiającego na inny kolor fartuchów.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje odpowiedź z dnia 18.10.2022r i dopuszcza również fartuchy w kolorze zielonym

Zadanie nr 4, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści bandaż, który posiada skład: 40% wiskoza, 30% bawełna, 30% poliamid ?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową zamiast tekturowej? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie nr 5, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koszule o gramaturze 35g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Zadanie nr 5, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę o chłonności 800% ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

DYREKTOR
R. Szpak
dr inż. Rafał Szpak