



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Znak sprawy: SAG ZP-05/2023

Kielce, dn. 23.06.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup i dostawę części
zużywalnych do laparoskopu i histeroskopu**

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) dokonuje wyjaśnień treści SWZ:

Dotyczy zadania nr 4 - NARZĘDZIA DO MORCELATORA

1. Dotyczy pozycji nr 5. Czy Zamawiający dopuści uszczelkę do morcelatora odpowiednią do komponentów o średnicy 12mm i 15 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

2. Dotyczy pozycji nr 3. Czy Zamawiający dopuści uniwersalną uszczelkę pasującą do wszystkich średnic tuby tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

2. Czy w przypadku zaoferowania wyrobów spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego ale nie podlegającego ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązкови wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązкови oznakowania znakiem CE, Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia deklaracji zgodności i CE dla tych wyrobów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

3. Czy w celu miarkowania kar umownych, zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze umowy §12 ust. 2 i 3 z 15% do 10%? Ustalono kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ

DYREKTOR
R. Szpak
dr inż. Rafał Szpak