



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Znak sprawy: SAG ZP-08/2023

Kielce, dn. 10.08.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę nici
chirurgicznych**

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) dokonuje wyjaśnień treści SWZ:

Załącznik nr 2, poz. 1-17

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku substancji antybakteryjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Załącznik nr 2

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Załącznik nr 2, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem w kolorze stalowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Załącznik nr 2, poz. 19-20

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany, pleciony z kwasu glikolowego, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50% i całkowitej absorpcji ok. 42 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Załącznik nr 2, poz. 21-22

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany, monofilamentowy z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40% i całkowitej absorpcji 90-120 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Załącznik nr 2, poz. 23-30

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany, monofilamentowy, z polidoksanonu, wchłanianie 180-210 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 28 dniach 70%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 29 będzie wymagał szwu wchłanianego, monofilamentowego, z poli-4-hydroksybutyratu (poli-4-hydroksymaślan), wchłanianie 13-36 miesięcy, zdolność podtrzymywania tkankowego dla USP 2/0 - ok.60% po 3 miesiącach, dla USP 0 i 1 - ok.50% po 7 miesiącach, czy szwu poliamidowego? W załączniku pojawiły się 2 opisy – prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 29 będzie wymagał szwu wchłanianego, monofilamentowego, z poli-4-hydroksybutyratu (poli-4-hydroksymaślan), wchłanianie 13-36 miesięcy, zdolność podtrzymywania tkankowego dla USP 2/0 - ok.60% po 3 miesiącach, dla USP 0 i 1 - ok.50% po 7 miesiącach, równocześnie wykreśla błędnie zamieszczone wymagania odnośnie poz. 29 z Załącznika nr 2 do SWZ

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 33 dopuści igłę, bez określenia „czarna”, reszta zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

DYREKTOR
R. Szpak
dr inż. Rafał Szpak