



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpital@szpgin.kielce.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Znak sprawy: SAG ZP-12/2023

Kielce, dn. 03.11.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę
odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora**

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605) dokonuje wyjaśnień treści SWZ:

Pytania dotyczące SWZ do przedmiotu zamówienia

1. Dotyczy SWZ rodzaj IX pkt 2.ppkt 2.1 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z ofertą certyfikatów CE i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów i udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża również zgodę na złożenie wraz z oświadczeniem o posiadanych dokumentach i udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego

2. Dotyczy załącznika nr 5, projekt umowy, § 4, pkt 3 - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować w jakim terminie Wykonawca ma dostarczyć i zainstalować analizator, czy mają to być 4 tygodnie od daty zawarcia umowy, czy tak jak w ofercie asortymentowo-cenowej (Wymagania dotyczące analizatora immunochemicznego, załącznik nr 2, pkt 21) ma to być 80 dni. W przypadku konieczności dostarczenia analizatora do 4 tygodni, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 10 tygodni, w tym czasie Wykonawca zapewni analizator zastępczy (po generalnym przeglądzie) na czas oczekiwania na analizator docelowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis w SWZ i projekcie umowy

3. Dotyczy załącznika nr 5, projekt umowy, § 8, pkt 1 - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować na jaki okres czasu będzie zawarta umowa, w w/w punkcie jest informacja o 36 miesiącach natomiast w SWZ, rozdział VI, pkt 1 o 12 miesiącach.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił zapis w Dziale VI, pkt. 1 na 36 miesięcy

Pytania do Umowy:

1. § 4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 6 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy?



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych czterech tygodni do sześciu tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w SWZ i projekcie umowy zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 2 - pytania powyżej dotyczące SWZ

2. § 9 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: „co najmniej trzykrotnego nie dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w danym dwunastomiesięcznym okresie realizacji umowy”?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy tak sformułowana przesłanka jest zbyt rygorystyczna i jako taka powinna ulec złagodzeniu. Jednorazowe uchybienie w okresie obowiązywania trzyletniego kontraktu nie powinno stanowić tak daleko idących konsekwencji w postaci możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy i naliczenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

3. § 9 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: „co najmniej dwukrotnego niewykonania zamówienia w danym dwunastomiesięcznym okresie realizacji umowy”?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy tak sformułowana przesłanka jest zbyt rygorystyczna i jako taka powinna ulec złagodzeniu. Jednorazowe uchybienie w okresie obowiązywania trzyletniego kontraktu nie powinno stanowić tak daleko idących konsekwencji w postaci możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od umowy i naliczenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

4. § 9 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: „trzykrotnego opóźnienia w dostawie towaru o co najmniej 3 dni robocze w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

5. § 9 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: „trzykrotnej zasadnej reklamacji jakości przedmiotu umowy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy”?

Uzasadnienie: Zgodnie z literalnym brzmieniem postanowienia, wystarczającym do odstąpienia od umowy jest wyłącznie trzykrotne złożenie reklamacji bez względu na jej zasadność. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie postanowienia, iż (1) chodzi wyłącznie o zasadną reklamację, (2) odniesienie ilości reklamacji do każdego roku obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

6. § 9 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w niżej zaproponowany sposób: innego powtarzającego się rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy pomimo wystosowania przez Zamawiającego wezwania do zaprzestania naruszeń”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

7. § 12 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 w razie nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 ?



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl

e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

8. § 12 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji dostawy towaru w terminach określonych w niniejszej umowie do 0,1% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto niezrealizowanej dostawy towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

DYREKTOR
R. Szpak
dr inż. Rafał Szpak